

地毯燃烧测试仪

地毯燃烧性测试仪，用来检测地毯在承受小火焰时的易燃性能及阻燃性能。可以按照两种方法测试：

金属螺母方法

将不锈钢螺母在马弗炉中加热到900℃。待测试样放入测试箱中，用坩埚钳把卡位环放在试样上，加热后的螺母放在卡位环中央，30秒后移走螺母，然后可以进行测量，以评价样品上火点的蔓延。

乌洛托品药丸法（客户自备）：

待测试样放入测试箱中，卡位环放置在试样上，点燃标准药丸，火焰熄灭后，即可进行测量以评价燃烧效果。



产品标准 >>

- ISO 6925: 地毯燃烧性能室温片剂试验方法
- CFR1630/1631: 毛毯阻燃要求
- BS6307: 微小火源对铺地织物影响测定方法(甲胺片试验)
- BS4790: 小点火源对铺地织物的影响的测定方法(热金属螺母法)
- GB/T 11049: 地毯燃烧性能室温片剂试验方法

产品参数 >>

设备型号	PX04011
设备尺寸	300 (W) × 300 (D) × 300 (H) mm
电 源	无
重 量	约 10kg
客备耗材	乌洛托品药丸

产品特点 >>

- 不锈钢箱体，内部尺寸为300*300*300mm
- 箱体内部由耐高温材料覆盖，防止燃烧火焰对箱体的损坏
- 箱体底部设计为抽屉结构，方便试样的安装与试验后的清洁
- 顶端门盖可任意角度悬停调整，并安装观察镜用于观察试样状态
- 配备230*230*6.5mm, 中间开孔205mm的不锈钢压板